Your Power for Health

greiner bio-one

VACUETTE®

非可替®配血培养持针器组件的蝶形回缩采血针

- 无菌组合套装，操作简单方便。
- 仅需穿刺一次，
  即可同时采集血培养和其他血液标本。
- 具有非可替®安全型产品所有的安全特性和优势。

www.gbo-suns.com

非可替®配血培养持针器组件的蝶形回缩采血针

非可替®配血培养持针器组件的蝶形回缩采血针适合大多数的血培养瓶和真空采血管。本产品是无菌组合包装，便于使用，成本效益高，只需进行一次静脉穿刺，即可采集多样化的血液标本。

适用于不同类型的血培养瓶。

使用说明

版本a=安全蝶形采血针；版本b=蝶形采血针。

1 根据当地机构的规章制度，准备穿刺静脉部位，并清洁血培养瓶的隔膜。

2 使用标签刻度作为指南，在血培养瓶上标记所需的血液标本容量。

3a 用非可替®安全蝶形采血针进行静脉穿刺。

3b 用非可替®蝶形采血针进行静脉穿刺。

4 将持针器向下推到需氧血培养瓶上，确保持针器和血培养瓶位置低于静脉穿刺部位。一旦灌注到要求的标本容量，移除血培养瓶；重复以上程序采集厌氧血培养标本。血培养标本采集完毕后，可继续使用非可替®真空采血管采集其他血液标本。

5a 采血完成后，用一只手拿住纱布，轻轻按住针柄，用另一只手按压安全防护机制，并向后拉，直到听到咔嗒声。咔嗒声表示安全防护机制已激活到位。

5b 静脉穿刺完成后，轻轻从静脉中取出针头，用干燥无菌纱布施压穿刺部位，直至停止出血。

6 根据您所在机构的规章制度，处理污染针头至锐器盒。

产品货号

订货号	产品描述	大小			包装	
	非可替®配血培养持针器组件的蝶形回缩采血针（无菌）				内包装	外包装
450182	配血培养持针器组件的蝶形回缩采血针	软管长度	19cm	21G x 3/4“	24 支	240 支
450183	配血培养持针器组件的蝶形回缩采血针	软管长度	19cm	23G x 3/4“	24 支	240 支
450184	配血培养持针器组件的蝶形回缩采血针	软管长度	30cm	21G x 3/4“	24 支	240 支
450185	配血培养持针器组件的蝶形回缩采血针	软管长度	30cm	23G x 3/4“	24 支	240 支
	非可替®配血培养持针器组件的蝶形采血针（无菌）					
450186	配血培养持针器组件的蝶形采血针	软管长度	19cm	21G x 3/4“	24 支	240 支
	血培养持针器（非无菌）					
450181	血培养持针器				40/个	320 支

北京格瑞纳健峰生物技术有限公司　地址：北京市西城区广安门内大街6号（枫桦豪景）
电话：+86（0）10-83551991　www.gbo-suns.com