Your Power for Health

greiner bio-one

VACUETTE®
Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter

- **Steril** sowie bereits **vormontiert** für die einfache Handhabung
- Ein Halter für die Entnahme in Blutkulturflaschen und **VACUETTE®** Vakuumröhrchen
- Bietet alle bekannten Sicherheitsvorteile des **VACUETTE®** Sicherheitsblutentnahmesets

Greiner Bio-One GmbH I Bad Haller Straße 32 I A-4550 Kremsmünster
Phone: (+43) 75 83 67 91-0 I Fax: (+43) 75 83 63 18 I E-mail: office@at.gbo.com

www.gbo.com/preanalytics

VACUETTE® Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter

Das Sicherheitsblutentnahmeset mit bereits vormontiertem Halter wurde speziell für die in einem Arbeitsschritt durchführbare Entnahme mit gängigen Blutkulturflaschen sowie **VACUETTE®** Blutentnahmeröhrchen entwickelt. Für die einfache Verwendung wird das Set steril sowie in bereits gebrauchsfertigem Zustand angeboten. Durch die flexible Verwendung wird die Anzahl der Entnahmen reduziert und somit eine kostengünstige und patientenschonende Arbeitsweise unterstützt. Wahlweise gibt es den Blutkulturflaschenhalter auch mit Standardblutentnahmeset ohne Sicherheitsmechanismus.

Geeignet für Blutkulturflaschen

Anwendung

Version a = Sicherheitsblutentnahmeset; **Version b** = Blutentnahmeset

1 Reinigen Sie die Punktionsstelle sowie die Gummikappe der Blutkulturflasche gemäß den Sicherheitsrichtlinien Ihrer Institution.

2 Markieren Sie die korrekte Füllmenge auf dem dafür vorgesehenen Feld am Flaschenetikett.

3a Führen Sie die Venenpunktion mit dem **VACUETTE®** Sicherheitsblutentnahmeset durch.

3b Führen Sie die Venenpunktion mit dem **VACUETTE®** Blutentnahmeset durch.

4 Drücken Sie das hintere Ende des Halters auf die Kappe der aeroben Blutkulturflasche, so dass sich sowohl der Halter als auch die Flasche in einer Position unterhalb der Punktionsstelle befinden. Sobald die Flasche befüllt ist, entfernen Sie diese aus dem Halter und fahren Sie entweder mit der Befüllung einer anaeroben Flasche oder mit **VACUETTE®** Blutentnahmeröhrchen fort.

5a Halten Sie nach Beendigung der Blutentnahme mit einer Hand sanft den Tupfer auf die Punktionsstelle und den Flügel. Entriegeln Sie mit der anderen Hand den Schieber der Flügelkanüle durch Drücken des Sicherheitsmechanismus an beiden Seiten. Ziehen Sie diesen nach hinten bis Sie deutlich ein "Klicken" hören. Das "Klicken" ist das Zeichen einer korrekten Aktivierung des Sicherheitsmechanismus.

5b Halten Sie nach Beendigung der Blutentnahme mit einer Hand sanft den Tupfer auf die Punktionsstelle und entfernen Sie mit der anderen Hand die Kanüle sanft aus der Vene.

6 Entsorgen Sie das gebrauchte Kombiprodukt in eine dafür vorgesehene Entsorgungsbox gemäß den Sicherheitsrichtlinien Ihrer Institution.

Artikel-Nummern

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe		Verpackung innen	Verpackung außen
	VACUETTE® Sicherheitsblutentnahmesets + Blutkulturhalter (steril)				
450182	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 19cm	21G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450183	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 19cm	23G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450184	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 30cm	21G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
450185	Sicherheitsblutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 30cm	23G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
	VACUETTE® Blutentnahmesets + Blutkulturhalter (steril)				
450186	Blutentnahmeset + Blutkulturhalter	Schlauchlänge: 19cm	21G x 3/4"	24 Stk.	240 Stk.
	Blutkulturhalter (nicht steril)				
450181	Blutkulturhalter			40 Stk.	320 Stk.

980142 rev.01, 11.2011 d